

물품 규격(사양)서

※ 특정회사 특정모델만 충족 가능한 규격 불허. 반드시 2개사 이상의 제품이 충족하도록 작성
※ 필요시 본 양식이 아닌 다른 양식으로 작성 가능하나, 하기 내용이 빠짐없이 포함되어야 함

부서	아주대학교 기계공학과	연락처	010-7189-6408	인도 조건	현장설치
품명	직류전원공급장치	수량	4	단위	EA

1. 물품내역

항목	세부사양
형태(모양)	3 U Height and 19" Rack Mount Size
크기	442 mm X 130 mm X 675 mm
용량	정격전력 : 5kW 정격전압 : ~1500V 정격전류 : ~10A
재질	-
기타 규격	C.V/C.C Priority Mode Adjustable Voltage/Current Rise and Fall Time AWS (Advanced Web Control) APC (Adaptive Parallel Connection) Parallel Connection (Maximum 10 Units) High Efficiency and High-power Density Bleeder Control Function Internal Resistance Function Panel Lock Function Three Sets of Preset Function Protection : OVP, OCP, OHP, UVL, AC Fail, FAN Fail Standard : USB, LAN, Isolated Analog Control Option: RS-232&485 or GPIB or CAN Bus or DeviceNet or Any Bus
부속품	-

* 상기 항목은 필요에 따라 변경 가능하며 작성란이 부족한 경우 별지 작성할 것.

2. 납품조건 : 현장설치

3. 납품기한 : 2026년 08월 31일 이내

4. 납품장소 : 동관 104-3 첨단열관리실험실

5. 하자보수조건 : 무상 하자보수 1년

6. 기타요구사항 : 검사점수